

Specifikace zboží

| | |
|-------------------------------|--|
| Název zboží | PCR termocyklér |
| Číslo/kód v rámci UniMeC II | V-012 |
| Název zadávajícího pracoviště | Ústav mikrobiologie |
| Místo plnění | Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2.NP, Ústav mikrobiologie, Místnost 2.69 |
| Popis zboží | <ul style="list-style-type: none"> ● Kapacita: 96 x 0.2 ml zkumavky, 0.2 ml stripy (8 jamek), nebo 1 x 96 jamková destička ● Rychlost ohřevu: až 4 °C/s ● Rozsah teplot: min. 4 °C - 100 °C ● Přesnost alespoň +- 0,5 °C ● Napájení: 220–240 VAC ● Display pro jednoduché ovládání (touchscreen) ● USB port ● Hmotnost do 15 kg ● Rozsah gradientu 30-100 °C ● Rozdíl teplot gradientu v rozsahu alespoň 1-20 °C |

| | |
|---------------|--|
| CPV kód zboží | 38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) |
|---------------|--|