



**UNIVERZITA KARLOVA  
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČO: 00216208

**Vysvětlení č. 1 pro část 13 veřejné zakázky**

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem

**„LFP – UniMeC 2. etapa – přístrojové vybavení“  
část 13 (Sušárny a termostaty)**

**Zadavatel:**

Název: Univerzita Karlova  
Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku  
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  
Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni  
Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČ: 00216208  
DIČ: CZ00216208

**Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy**

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát  
Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň  
IČ : 71467114  
Tel.: +420 377 223 663  
e-mail: [kolar@kolar-ak.cz](mailto:kolar@kolar-ak.cz)

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce, vyjma provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka z účasti ve veřejné zakázce, zrušení veřejné zakázky, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.



**Dotaz č. 1 :**

Bude zadavatel akceptovat u části 13 - Sušárna horkovzdušná 2 ks:

1. objem sušárny 112 l, rozměr police 455 x 412 mm nebo objem sušárny 180 l, rozměr police 455 x 520 mm
2. teplotní rozsah +5°C do 300°C
3. Prosíme o dovysvětlení "s možností nastavení rychlosti ohřevu" - znamená to, že si chcete nastavit třeba, aby za 15 minut byla sušárna nahřátá na 200°C
4. Objem min. 180 l (je myšleno celkový objem nebo využitelný objem)
5. Požadujete chlazený termostat nebo Vám stačí termostat bez chlazení?
6. Budete akceptovat teplotní rozsah 0 - 70 st. C?
7. Prosklené dveře - požadujete vnější prosklené dveře nebo vnější plné a vnitřní prosklené?

**Odpověď č.1 :**

1. **Objem 180 l s rozměry polic 455 x 520 mm je akceptovatelný. Objem sušárny 112 l při uváděných rozměrech polic není akceptovatelný.**
2. **Ano – teplotní rozsah ve specifikaci je minimální, navrhovaný rozsah je větší, tedy akceptovatelný.**
3. **Pojem "s možností nastavení rychlosti ohřevu" znamená možnost nastavit teplotní rampu.**
4. **Objemem min. 180 l Je myšlen celkový objem.**
5. **Zadavatel požaduje chlazený termostat.**
6. **Ano, takový rozsah je v souladu s technickými parametry stanovenými zadávací dokumentací. .**
7. **Prosklenými dveřmi jsou myšleny vnitřní prosklené dveře – tedy vnější plné, vnitřní prosklené.**



**UNIVERZITA KARLOVA  
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

---

Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČO: 00216208

S ohledem na povahu a rozsah vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Zástupce zadavatele  
Mgr. Vladimír Kolář  
advokát