



**UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

Vysvětlení č. 3 pro část 14 veřejné zakázky

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem

**„LFP - U2 vybavení – přístroje a zařízení“
část 14 (sušárny a inkubátory)**

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova

Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát

Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň

IČ : 71467114

Tel.: +420 377 223 663

e-mail: kolar@kolar-ak.cz

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce, vyjma provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka z účasti ve veřejné zakázce, zrušení veřejné zakázky, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.



Dotaz č. 4 :

položka: sušárna 110 I

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí požadavek na teplotní rozsah +5 °C až 300 °C nad teplotu okolí. Bude zadavatel akceptovat sušárnu s teplotním rozsahem +10 °C nad teplotu okolí až 300 °C?

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí požadavek na hlučnost při plném zatížení 45 dB. Bude zadavatel akceptovat sušárnu s hlučností 52 dB?

Odpověď č. 4 :

Zadavatel trvá na parametrech stanovených zadávací dokumentací.

Dotaz č. 5 :

položka: sušárna 160 I

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí požadavek na hlučnost při plném zatížení 50 dB. Bude zadavatel akceptovat sušárnu s hlučností 52 dB?

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí požadavek na rozměr police min 380 x 540 mm. Bude zadavatelem akceptována sušárna s policemi o rozměru 273 x 535 mm?

Odpověď č. 5 :

Zadavatel trvá na parametrech stanovených zadávací dokumentací.

Dotaz č. 6:

položka: sušárna 400 I

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí požadavek na hlučnost při plném zatížení do 45 dB. Bude zadavatel akceptovat sušárnu s hlučností 52 dB?

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí požadavek na ohřev komory na 150 °C do 20 minut. Bude zadavatel akceptovat sušárnu s ohřevem na 150 °C za 25 minut?

Odpověď č. 6 :

Zadavatel trvá na parametrech stanovených zadávací dokumentací.



UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

Dotaz č. 7:

položka: sušárna 400 l

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí požadavek na rozměr komory na vzorky o výšce alespoň 530 mm, jedná se o celkovou vnitřní výšku komory bez polic nebo zadavatel myslí tuto výšku po osazení dvou požadovaných polic?

Odpověď č. 7 :

Jedná se o celkovou výšku komory bez polic.

Dotaz č. 8 :

Bude zadavatel akceptovat u "sušárny 160 l" podání nabídky na objem 111 l rozměr police š x h 539 x 364 mm, nebo bude akceptován objem 222 l o rozměru police š x h 539 x 514 mm?

Odpověď č. 8 :

Odchyłka od jednoho z rozhodujících parametrů je u nabízených dvou variant příliš velká (o více jak 30% pro menší nebo o více jak 38% větší). Zadavatel tedy nebude akceptovat ani jednu z variant. Pro vyloučení dalších pochybností zadavatel uvádí, že bude akceptovat objem v rozsahu 160 l +/- 10% tj. 144 – 176 l.

S ohledem na povahu a rozsah vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Zástupce zadavatele
Mgr. Vladimír Kolář
advokát