



**UNIVERZITA KARLOVA  
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČO: 00216208

**Vysvětlení č. 1 pro část 7 veřejné zakázky**

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem

**„LFP – UniMeC 2. etapa – přístrojové vybavení“  
část 7 (SEM mikroskop)**

**Zadavatel:**

Název: Univerzita Karlova  
Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku  
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  
Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni  
Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČ: 00216208  
DIČ: CZ00216208

**Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy**

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát  
Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň  
IČ : 71467114  
Tel.: +420 377 223 663  
e-mail: [kolar@kolar-ak.cz](mailto:kolar@kolar-ak.cz)

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce, vyjma provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka z účasti ve veřejné zakázce, zrušení veřejné zakázky, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.



**UNIVERZITA KARLOVA  
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČO: 00216208

**Dotaz č. 1 :**

V Příloze č. 1 KS\_specifikace předmětu plnění, v části: „Část 7 - SEM mikroskop" je ve specifikaci zboží (strana 2) definována PC sestava požadovaná k ovládání dodaného stolního elektronového mikroskopu. Zadavatel byl zřejmě veden pochopitelnou snahou získat spolu s přístrojem co nejlepší PC sestavu.

Vzhledem k povaze zadávacího řízení se ale u námi nabízeného mikroskopu nejedná o standardní PC, ale dedikovanou pracovní stanici, která je výrobcem při testování zkoušena a odladěna a s ní zaručuje výrobce naprosto bezproblémový průběh požadovaných operací a spolupráci elektronového mikroskopu a energiově disperzního detektoru. Každý zásah do pracovní stanice (byť se může na první pohled jednat o zvýšení parametru), může paradoxně vést ke zhoršení celkového výkonu, či až k nekompatibilitě s ostatním vybavením mikroskopu.

Vzhledem k výše uvedenému se ptáme, zda-li zadavatel umožní přeformulovat bod týkající se „Kompletní PC sestava s monitorem ... " například takto:

„Kompletní řídicí sestava s monitorem, Windows 10 kompatibilní, se SW pro řízení přístroje a vyhodnocení výsledků měření."

**Odpověď č.1 :**

***Zadavatel nesouhlasí s úpravou textu zadávací dokumentace dle návrhu uchazeče. Důvodem je, že ovládací výpočetní technika pro mikroskop je v zadávací dokumentaci konkrétně specifikovaná na základě minimálních požadovaných technických parametrů. Zadavatel bude tedy akceptovat takové řešení, které uvedené minimální parametry splní a nebo jakékoli řešení s lepšími parametry než je požadováno.***

S ohledem na povahu a rozsah vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Zástupce zadavatele

Mgr. Vladimír Kolář

advokát