



**UNIVERZITA KARLOVA  
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČO: 00216208

**Vysvětlení č. 1 pro část 1 veřejné zakázky**

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem

**„LFP – UniMeC 2. etapa – přístrojové vybavení“  
část 1 (skener histologických preparátů)**

**Zadavatel:**

Název: Univerzita Karlova  
Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku  
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  
Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni  
Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČ: 00216208  
DIČ: CZ00216208

**Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy**

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát  
Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň  
IČ : 71467114  
Tel.: +420 377 223 663  
e-mail: [kolar@kolar-ak.cz](mailto:kolar@kolar-ak.cz)

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce, vyjma provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka z účasti ve veřejné zakázce, zrušení veřejné zakázky, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.



**Dotaz č. 1 :**

Zadavatel uvádí - Možnost externího ovládání (joystickem s páčkami pro XYZ posun) a pomocí programového vybavení (software nebo alternativního technického řešení).

Rádi bychom se dotázali, zda bude zadavatel akceptovat možnost externího ovládání nikoliv prostřednictvím joysticku, ale pomocí dvou funkčních tlačítek?

**Odpověď č. 1:**

**Ano, externí ovládání pomocí funkčních tlačítek akceptuje zadavatel jako technicky obdobné řešení XYZ posuvu.**

**Dotaz č.2.:**

Zadavatel uvádí - Skenovací zařízení s ovládáním jak z počítače, tak joystickem...

Rádi bychom se dotázali (více méně obdobný dotaz, jako v dotazu č.1), zda bude zadavatel akceptovat skenovací zařízení s ovládáním jak z počítače, tak pomocí dvou tlačítek?

**Odpověď č. 2:**

**Ano, obdobně s dotazem č. 1 akceptuje zadavatel ovládání pomocí tlačítek namísto joysticku.**

**Dotaz č.3.:**

Zadavatel uvádí - Ruční ovladač, který umožňuje snadné, přesné a libovolné ovládání více komponent systému jak z obslužného počítače, tak i na externím kontrolním panelu.

Rádi bychom se dotázali, naše řešení nemá ruční ovladač ve smyslu výše uvedeném, má dvě tlačítka „skenuj“ a „konec skenování“. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

**Odpověď č. 3:**

**Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.**

**Dotaz č.4.:**

Zadavatel uvádí - Součástí dodávky budou instalační soubory a ovladače, jak samotného přístroje, tak i dodaných periférií a komponent. Součástí dodávky musí být případně i klíč/kód, je-li zapotřebí k plnohodnotnému zprovoznění ovládacího software a jeho případnou instalaci na nové PC. Vzhledem k tomu, že PC a skener jsou dodavatelem dodávány jako již nainstalovaný celek, rádi bychom se dotázali, zda zadavatel bude akceptovat, že součástí dodávky nebude instalační SW? Firma Leica tento typ SW zákazníkům neposkytuje. Servisní SW je k dispozici u servisního technika.

**Odpověď č. 4:**

**Zadavatel akceptuje, že součástí dodávky nebudou instalační soubory za předpokladu v dotazu uvedeném, tedy že SW je již nainstalován. Zadavatel předpokládá, že pokud nebude mít k dispozici SW (instalační sady a aktualizací sady), zajistí instalaci průběžných aktualizací výhradně uchazeč na základě ujednání uvedeného v kupní smlouvě k předmětné zakázce - čl. III (předmět smlouvy) písm. f). Délka a podmínky bezplatného servisu se tak i v této oblasti řídí obsahem kupní smlouvy.**



**UNIVERZITA KARLOVA  
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

---

Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČO: 00216208

**Dotaz č.5.:**

Zadavatel uvádí - Možnost skenování s objektivy 20x a 40x;

Rádi bychom se zeptali, zda bude zadavatel akceptovat skenování 20X a 40x pouze jedním objektivem a to objektivem 20X zvětšení? V případě, že uživatel chce skenovat 40x zvětšení, naše řešení toto umožňuje. Toto 40x zvětšení je technicky provedeno objektivem 20x s předsazenou čočkou.

**Odpověď č. 5:**

**Ano, řešení s čočkou předsazenou před objektiv 20x s tím, že výsledné zvětšení a rozlišení pak odpovídá objektivu 40x, může zadavatel akceptovat jako technicky ekvivalentní řešení.**

S ohledem na povahu a rozsah vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Zástupce zadavatele

Mgr. Vladimír Kolář

advokát