



**UNIVERZITA KARLOVA  
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČO: 00216208

**Vysvětlení č. 2 pro část 3 veřejné zakázky**

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem

**„LFP – UniMeC 2. etapa – přístrojové vybavení“  
část 3 (Laboratorní přístroje I.)**

**Zadavatel:**

Název: Univerzita Karlova  
Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku  
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  
Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni  
Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČ: 00216208  
DIČ: CZ00216208

**Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy**

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát  
Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň  
IČ : 71467114  
Tel.: +420 377 223 663  
e-mail: [kolar@kolar-ak.cz](mailto:kolar@kolar-ak.cz)

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce, vyjma provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka z účasti ve veřejné zakázce, zrušení veřejné zakázky, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.



**UNIVERZITA KARLOVA  
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

---

Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČO: 00216208

**Dotaz č. 9 :**

Zadavatel v části 3 Laboratorní přístroje I. Požaduje nabídnutí Analytických vah, kód V-031. Ve specifikaci jsou popsány váhy s tzv. duální váživostí 100g/220g. Bude zadavatel akceptovat nabídku laboratorních analytických vah s max. váživostí 82g/220g při splnění všech ostatních bodů specifikace, samozřejmě včetně požadovaných rozlišení?

**Odpověď č. 9:**

**Duální váživost 82g/220g při zachování ostatních parametrů je akceptovatelná.**

S ohledem na povahu a rozsah vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Zástupce zadavatele

Mgr. Vladimír Kolář

advokát