



UNIVERZITA KARLOVA  
Lékařská fakulta  
v Hradci Králové

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

### Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

#### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**LF HK – Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím (opakované zadání)**

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2021-045988**

evidenční číslo zadavatele: **LFHK-16-2021**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

#### ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové**

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

kontaktní osoba: Ing. Hana Hanzlová

tel.: +420 495 816 461, 773 792 371, e-mail: hanzlovha@lfhk.cuni.cz

(dále jen „*zadavatel*“)

**V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:**

#### **Dotaz č. 1**

*Dobrý den, ve „Specifikace předmětu plnění“ jsou mj. požadovány maximální rozměry „šířka max. 70 cm, hloubka max. 70 cm, výška max. 50 cm“. Je při splnění všech ostatních technických parametrů přípustné nabídnout centrifugu, která má hloubku 75 cm? Děkujeme.*

#### **Odpověď**

*V Příloze č. 4 dokumentace zadávacího řízení: Specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny maximální rozměry (š/h/v) šířka max. 70 cm, hloubka max. 70 cm, výška max. 50 cm. Zadavatel trvá na svém požadavku. Důvodem je velikost pracovní plochy/místa.*



**UNIVERZITA KARLOVA**  
**Lékařská fakulta**  
**v Hradci Králové**

**Zadavatel upozorňuje, že termín podání nabídek, způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.**

V Hradci Králové dne

**Univerzita Karlova,**  
**Lékařská fakulta v Hradci Králové**  
Ing. Hana Hanzlová