



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Laboratorní materiál a chemikálie 01-2022“

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 12. 4. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému s názvem „DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“:

Dotaz dodavatele č. 1:

Část 9 položka 8:

0,2ml PCR zkumavky: ve specifikaci je uvedeno mj. rovné víčko. Připouští zadavatel také mírně vypouklé víčko u PCR zkumavek, když jsou jinak tyto zkumavky přímo určené pro PCR a konstruovány pro práci ve všech typech termocyklerů? Zkumavky jsou tedy funkčně zcela vyhovující.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat i zkumavky s vypouklým víčkem.

Dotaz dodavatele č. 2:

Část 9 položka 8:

0,2ml PCR zkumavky: ve specifikaci je uvedeno mj. bez endotoxinů. Připouští zadavatel také zkumavky, které jsou certifikovány na klasickou PCR čistotu (DN-ase, RN-ase free, PCR-inhibitor-free), kde nejsou endotoxiny jmenovitě zmiňovány?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat i zkumavky certifikované na PCR kvalitu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dotaz dodavatele č. 3:

Část 9 položka 9:

1,5ml zkumavky: zadavatel požaduje balení po 1000ks. Věcně by neměl být problém používat menší balení – např. po 500ks. Tabulka ale neumožňuje vložení jiného počtu balení (jednotek) pro celkovou kalkulaci. Připouští zadavatel dodání tohoto materiálu pouze v balení po 1000ks nebo je možné dodat i menší balení (potom tedy jak vyplnit tabulku)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel připouští dodání i v jiném balení v souladu s poznámkou v Příloze č. 1 výzvy: „V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).“

Dotaz dodavatele č. 4:

Část 9 položka 10:

Zkumavky 5 ml: žádáme zadavatele o bližší specifikaci: Mají být tyto zkumavky také „pro malou přilnavost vzorku?“ Mají být zkumavky s připojeným víčkem (víčko se zámkem) nebo mají mít zkumavky šroubovací víčko? Pro jakou hodnotu centrifugace mají být určeny (max. x g)?

Odpověď zadavatele:

Zkumavky nemusí mít malou přilnavost vzorku, zadavatel požaduje připojené víčko se zámkem. Hodnota centrifugace do 25 000 x g.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do dne 22. 4. 2022, 9:00 hod.

V Plzni dne: 13. 4. 2022

Za zadavatele
Hana Kvasničková v. r.