



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní materiál a chemikálie 03-2022, část 12

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 3. 6. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému s názvem „DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“:

Dotaz dodavatele č. 1:

*Kolonu bychom nabídli 5065-9911 (ZORBAX 300SB-C18, 3.5 µm, 0.075 x 150 mm)
Požadujete průměr 70 um / náš průměr je 75 um. <https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=5065-9911>
Je to akceptovatelné?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nabízené řešení nemůže akceptovat z důvodu nekompatibility se stávajícím vybavením.

Dotaz dodavatele č. 2:

*Druhý obdobný dotaz je u předkolony.
Požadujete průměr 350 um a naše má 300 um. Je to akceptovatelné?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nabízené řešení nemůže akceptovat z důvodu nekompatibility se stávajícím vybavením.

Dotaz dodavatele č. 3:

*Poslední dotaz je k formě předkolony.
Naše předkolona se skládá ze dvou dílů - z držáku (hardwaru)*



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



*<https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=5065-9915>
+ trapu, položka 5065-9913 (ZORBAX 300SB-C18, 5 μ m, 0.30 x 5 mm cartridges, 5/pk) má v sobě 5 ks
trapů <https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=5065-9913>
Pokud by byl rozměrový rozdíl akceptovaný, jak vložit nabídku do tabulky?
Pokud by stačil jeden držák + 5 ks trapu v tom 1 balení, tak stačí od každé položky jen 1 ks.
Ovšem v tabulce v tendru je napsáno předkolona 2 ks.
Nebo potřebujete 2 ks držáku + 2x trapy (po 5ti kusech)?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje trap kolonu v jednom kuse.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne: 7. 6. 2022

Za zadavatele
Hana Kvasničková v. r.