



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FaF UK – Cirkulační chladicí zařízení pro vakuové odparky
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace /“VZD“/ v souladu s § 98 zákona na základě níže uvedeného dotazu zájemce o veřejnou zakázku.

1)

Dotaz zájemce o veřejnou zakázku:

Vážený zadavateli,

rád bych vznesl dodatečný dotaz k veřejné zakázce s názvem FAF UK – Cirkulační chladicí zařízení pro vakuové odparky. V technické specifikaci zadavatel zmiňuje „Součástí dodávky bude i dodání 25 litrů chladicího média vhodného pro celý teplotní rozsah dodaného přístroje.“ Zadavatel požaduje dodání 3 ks chladicích zařízení a celkem 25 litrů cirkulační kapaliny, nebo požaduje dodání 25 litrů kapaliny ke každému zařízení, tedy celkem 75 litrů kapaliny?

Odpověď zadavatele:

Těch 25 litrů chladicího média je myšleno celkem ke všem třem zařízením dohromady.

2)

Tímto VZD se zadávací podmínky nemění a zadavatel ani neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Hradci Králové dne 08. 06. 2022

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové