

Specifikace zboží

Název zboží	Spektrofotometr I
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-014
Název zadávajícího pracoviště	Ústav mikrobiologie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2.NP, Ústav mikrobiologie, Místnost 2.70
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none"> • Dvoupaprskový spektrofotometr • Kyvety velikost 10x10 mm • Možnost temperování bloku s kyvetou (např. přívodem vody z lázně) • 8 pozic pro kyvety pro automatické měření • Rozsah vlnových délek alespoň 200 - 1000 nm • Přesnost nastavení vlnové délky 0,5 nm • Rozsah: – 0.3 to 3.0A 0 to 200%T • Reprodukovatelnost alespoň ± 0.005 Abs (0.5 to 1.0 Abs) • Skenovací interval alespoň 1 nm • Možnost měření alespoň při 2 vlnových délkách • Kinetická měření alespoň po 10 hodin v intervalu alespoň 10 s • Kompatibilita s Windows min v. 7 • Komunikace pomocí USB nebo sériové linky RS232 • Ovládací display a klávesnice
CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)