

## Specifikace zboží

Název zboží	Spektrofotometr II
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-016
Název zadávajícího pracoviště	Ústav mikrobiologie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2.NP, Ústav mikrobiologie, Místnost 2.71
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvoupaprskový spektrofotometr</li> <li>• Rozmezí vlnových délek alespoň 200 - 1000 nm</li> <li>• Spektrální band 1,5 nm</li> <li>• Přesnost: <math>\pm 0.3</math> nm.</li> <li>• Rozsah: Absorbance: -3 to +3 %T: 0% to 300% T</li> <li>• Stabilita 0.0003 Abs / hodinu. (500 nm. za 2 hodiny)</li> <li>• Zdroj světla: Tungsten-Halogen a Deuteriová lampa</li> <li>• Možnost kinetického měření</li> </ul>
CPV kód zboží	38000000-5      Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)