

Specifikace zboží

Název zboží	Pneumotachograf (spirometrie) s počítačovým SW
Číslo/kód v rámci UniMeC II	133-047
Název zadávajícího pracoviště	Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 4.NP, Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví, Místnost 4.37; 4.38
Popis zboží	

Měření	Dynamická a statická spirometrie, podpora bronchoprovokačních testů, automatická interpretace výsledků, predikční hodnoty, Rozsah měření min 0,025 až 8litrů s přesností alespoň $\pm 3\%$ nebo 50 ml (dle toho, co je větší).
Propojení s PC	Přímé propojení s PC (kabelové)
Přesnost	Přesnost alespoň $\pm 5\%$
Náústky a senzory	Opakovaně použitelné – dezinfikovatelné/sterilizovatelné
Součást dodávky	integrace diagnostických modalit do jedné SW platformy Cardiopoint (společně s klidovým EKG, zátěžovým EKG a spiroergometrií). Zadavatel vlastní licenci SW Cardiograf – tento SW tedy není předmětem dodávky, je požadována kompatibilita s ním. Možnost přenosu dat do nemocničního informačního systému Medicalc.

CPV kód zboží	33100000-1 Zdravotnické přístroje
---------------	-----------------------------------