



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní materiál a chemikálie 08-2022

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 2. 8. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému s názvem „DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“:

Dotaz dodavatele:

Bude zadavatel akceptovat sadu pipet s níže uvedenou systematickou a nahodilou chybou při testovaných objemech?

rozsah 0,1-2,5 ul → max. povolená chyba (ul) (objem/systematická/nahodilá) – 0,1/± 0.048/≤ 0.012; 0,25/±0.03/≤ 0.015; 1,25/± 0.031/≤ 0.019; 2,5/± 0.035/≤ 0.018

rozsah 0,5-10 ul → max. povolená chyba (ul) (objem/systematická/nahodilá) – 0,5/± 0.04/≤ 0.025; 1/±0.025/≤ 0.018; 5/± 0.075/≤ 0.04; 10/± 0.1/≤ 0.04

rozsah 10-100 ul → max. povolená chyba (ul) (objem/systematická/nahodilá) – 10/± 0.3/≤ 0.1; 50/± 0.5/≤0.15; 100/± 0.8/≤ 0.2

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude u dotčené položky (položka č. 3 v Příloze č. 1 – specifikace zboží) akceptovat výše nabízené řešení.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do dne 16. 8. 2022, 9:00 hod.

V Plzni dne: 5. 8. 2022

Za zadavatele
Hana Kvasničková v. r.