



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) , s názvem

„LFP – NPO - Přístroj pro digitální PCR (dPCR)“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova

Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o upřesnění technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci uvedeného zadávacího řízení v části 3 Droplet PCR.

Zadavatel požaduje, aby součástí dodávky byl rovněž startovací balíček pro ověření funkce přístroje, který zahrnuje také:

1) minimálně 15 ml Mastermixu pro amplifikaci vzorků s identifikací pomocí interkalačního fluorescenčního barviva a minimálně 5 ml Mastermixu pro amplifikaci vzorků s identifikací pomocí hydrolyzačních sond nebo univerzálním Mastermixem minimálně 20 ml.

Spotřeba mastermixu, který se používá pro amplifikaci vzorků, je závislá na reakčním objemu pro jednotlivé reakce a ta se u jednotlivých systémů pro Digitální PCR liší. Navíc jednotliví dodavatelé často dodávají mastermix v koncentrovaném roztoku - v 2x až 10x násobné koncentraci. A tento roztok se pak pro přípravu vzorků adekvátně ředí. Z toho důvodu je požadavek na absolutní množství dodaného mastermixu poněkud nejasný.

Je možné tento požadavek splnit dodáním koncentrovaného mastermixu v množství, které bude dostatečné pro provedení 1200 reakcí - tedy počtu reakcí, pro které zadavatel požaduje dodání potřebného počtu destiček/mikročipů?

Odpověď č. 1:

Vzhledem k tomu, že účelem tohoto požadavku je zajištění možnosti okamžitého provozu předmětného přístroje, tak zadavatel mění specifikaci startovacího balíčku uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy, že nově zní takto:

- *Součástí dodávky je rovněž startovací balíček pro ověření funkce přístroje obsahující:*
 - *dostatečné množství master mixu pro amplifikaci aspoň 1200 vzorků s počtem mikroobjemů min. 20 000 s identifikací pomocí interkalačního fluorescenčního barviva,*
 - *dostatečné množství master mixu pro amplifikaci aspoň 500 vzorků s počtem mikroobjemů min. 20 000 s identifikací pomocí hydrolyzačních sond,*
 - *spotřební materiál (destičky/mikročipy) pro kompletní amplifikaci a vyhodnocení min. 1200 vzorků s počtem mikroobjemů min. 20 000.*

Pokud se pro provoz přístroje užívá univerzální master mix pak platí min. množství pro souhrnný počet vzorků, tedy min. 1700 vzorků.

Součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je i aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy – specifikace předmětu plnění

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadavatel **neprodluhuje** lhůtu pro podání nabídek.

Zástupce zadavatele
Mgr. Ondřej Škrabal