

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) , s názvem

„LFP – NPO - Přístroj pro digitální PCR (dPCR)“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova

Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

rád bych se informoval, zda bude zadavatelem akceptováno řešení nabízející detekci v pěti fluorescenčních kanálech, ze kterých je jeden ale využíván pro fluorochrom ROX, který slouží jako kontrola správného průběhu reakce a současně potvrzuje, že nepřítomnost signálu v daném mikroobjemu nevznikla jako důsledek chyby při naplňování destičky.

Děkuji za odpověď



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Odpověď č. 1:

Vzhledem k tomu, že v příloze č. 1 Smlouvy (specifikace předmětu plnění) je mimo jiné požadováno: „Automatická detekce v pěti fluorescenčních kanálech (bez započítání kanálu pro případné referenční barvivo)...“ nebude zadavatel výše uvedené řešení akceptovat z důvodu nesplnění minimálních technických požadavků.

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Zástupce zadavatele
Mgr. Ondřej Škrabal