



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

vyhotovené analogicky ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1 Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

1.1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
Sídlo zadavatele:	V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO:	00216208

1.2 Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	UK2LF – Skladovací kontejner s automatickým doplňováním tekutého dusíku a monitoringem teploty s příslušenstvím
Režim veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.cuni.cz/vz00005938

2 Předmět vysvětlení

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel analogicky v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.1 Vysvětlení č. 1

Dotaz dodavatele:

V názvu VZ je uvedeno „Skladovací kontejner s automatickým doplňováním tekutého dusíku a monitoringem teploty“. V technické specifikaci ale není zmíněno automatické doplňování a ani monitoring. Proto se dotazujeme:

Má systém obsahovat automatické doplňování z rozvodného potrubí LIN?

Je připojení kontejneru na rozvod LIN součástí VZ? (ve specifikaci chybí instrukce)

Má automatický kontrolér měřit hladiny a teploty vnitřní části kontejneru, vyhodnocovat a zobrazovat události na displeji a komunikovat se stávajícím systémem MaR, speciálně kvůli ovládání předsazeného ventilu a funkčních vazeb v případě havárií?

Má být systém napojen na stávající monitorovací systém a sdílet s ním provozní data?

Dotaz k poslednímu bodu Specifikace, „Vestavba, celkem kapacita min. 19 500 kryozkumavek 2ml“:

Je součástí: hliníkové stojany na kryoboxy pro uvedenou kapacitu?

Je součástí: kryoboxy pro uvedenou kapacitu?

Děkuji

S pozdravem

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě výše uvedených dotazů ke specifikaci předmětu plnění upravuje přílohu č. 2 (Specifikace předmětu plnění) a ještě jednou pro úplnost uvádí dotazované parametry.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přikládá upravenou specifikaci jako přílohu tohoto vysvětlení a zároveň ji aktualizuje na profilu zadavatele.

3 Posunutí lhůty pro podání nabídek
--

S ohledem na výše uvedené úpravy zadávací dokumentace a jejích příloh zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. 10. 2022 nejpozději do 9.00 hod.

D. Moravcová