

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní materiál a chemikálie 16-2022, část 5

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Ondřej Škrabal
tel.: +420 377 593 486
e-mail: ondrej.skrabal@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 29. 9. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému s názvem „DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“:

Dotaz dodavatele:

Jaký rozměr Petriho misek zadavatel požaduje a mají být misky s větracími otvory či bez otvorů? Děkuji

Odpověď zadavatele:

Rozměr byl upřesněn již ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, kde bylo stanoveno, že Zadavatel požaduje Petriho misky s průměrem 140 mm.

Dále zadavatel upřesňuje, že požaduje Petriho misky bez větracích otvorů.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neproděluje lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne: 4. 10. 2022

Za zadavatele
Ondřej Škrabal