



**UNIVERZITA KARLOVA  
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň  
IČO: 00216208

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

*k veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem*

### **LFP – Dodávka přístrojů pro stomatologickou kliniku**

**Zadavatel:**

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**  
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň  
IČO: 00216208  
DIČ: CZ00216208  
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty  
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková  
tel.: +420 377 593 445  
e-mail: [hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz](mailto:hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz)

Zadavatel obdržel dne 14. 10. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. I přestože byla žádost podána po zákonem stanovené lhůtě, níže zadavatel poskytuje požadované vysvětlení:

Dotaz dodavatele:

*Mám dotaz na část č. 1 - preparační dentální mikroskop pojízdný - je nutná integrovaná kamera s rozlišením Full HD?*

*Naše nabízené řešení má možnost přídavné kamery Full HD - výhodou přídavného připojení kamery je její možná pozdější výměna za novější typ s lepšími parametry. U integrovaného řešení nelze kameru vyměnit.*

Odpověď zadavatele:

*Integrované provedení kamery je nutné zachovat. Mikroskopy budou používány v náročném provozu stomatologické kliniky různými lékaři a především studenty s různou úrovní zkušeností a s různou mírou opatrnosti při zacházení s přístroji a rovněž budou převáženy mezi ordinacemi. Z toho důvodu zadavatel nemůže akceptovat řešení s externí kamerou.*

**Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Plzni dne: 17. 10. 2022

Za zadavatele  
Hana Kvasničková v. r.