

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Filozofická fakulta, náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále též jako „FF UK“)

osoba oprávněná jednat za zadavatele: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka FF UK

adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_13.html

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „UK-FF – ICT, přístroje a zařízení 2017“ část 2 - Knihovnický profesionální skener

Výše uvedený zadavatel v souladu s bodem 9 Výzvy/zadávací dokumentace podává následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané veřejné zakázce a její části.

Dotaz: 3. 11. 2017

„V popisu předmětu plnění u knižního skeneru je požadováno rozlišení 600 ppi. Chápeme správně, že když je požadován typ profesionálního knižního skeneru, měl zadavatel na mysli rozlišení 600 ppi na celou skenovací plochu A2 a nikoliv jen na menší formáty?“

Odpověď:

Rozlišení 600 ppi je míněno pro celou skenovací plochu A2. Pokud by však toto rozlišení bylo dostupné pouze pro menší formáty a pro formát A2 nikoliv, tak je to také přijatelné.

V Praze dne 3. 11. 2017

.....
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka FF UK