



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní materiál a chemikálie 24-2022, část 6

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 25. 11. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému s názvem „DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“:

Dotaz dodavatele:

Zadavatel požaduje ve veřejné zakázce Laboratorní materiál a chemikálie 24-2022, části 6 - Magnetická míchačka s ohřevem a teplotním senzorem rozsah otáček 30 – 1700 ot./min. a rozměr kruhové platformy minimálně 180 mm.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat zařízení splňující stanovený účel s rozsahem otáček 50 – 1500 ot./min. a s čtvercovou platformou o rozměrech 184x184 mm?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude akceptovat zařízení s horšími hodnotami, než jsou uvedeny ve specifikaci.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Za zadavatele
Hana Kvasničková v. r.