

Specifikace zboží

Název zboží	Sonda k přenosnému USG/ECHO přístroji
Číslo/kód v rámci UniMeC II	133-059
Název zadávajícího pracoviště	Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 4.NP, Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví, Místnost 4.37
Popis zboží	

Zadavatel je vlastníkem ultrazvukového zařízení Philips Lumify L12-4 s tabletem Samsung S7.

Předmětem zakázky je sonda rozšiřující výše uvedený komplet s těmito parametry:

Sektorová sonda

- frekvenční rozsah 4 až 1 MHz
- vysokokontrastní rozlišení pro zobrazení srdce a orgánů: optimalizace pro srdce, gynekol. org., plíce, břicho, FAST imaging. Hloubka zobrazení až do min. 24 cm.
- zobrazovací módy – 2D, barevný doppler, M-mode, advanced XRES a multivariantní harmonické zobrazení
- pohledové pole 90 st.

CPV kód zboží	33100000-1 Zdravotnické přístroje
	33112300-1 Ultrazvukové skenery
	33112000-8 Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje
	33112100-9 Ultrazvukový snímač srdce
	33124120-2 Diagnostické ultrazvukové přístroje