



UNIVERZITA KARLOVA
Lékařská fakulta
v Hradci Králové

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím pro Ústav lékařské biologie a genetiky
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2022-052779**
evidenční číslo zadavatele: **LFHK-09-2022**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

kontaktní osoba: Ing. Hana Hanzlová
tel.: +420 495 816 461, 773 792 371, e-mail: hanzlovha@lfhk.cuni.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje dokumentaci zadávacího na žádost dodavatele, resp. v souladu s § 99 zákona zadavatel mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci takto:

Dotaz č. 1

Ve Specifikaci předmětu plnění je mj. uveden požadavek na maximální rozměry „šířka max. 70 cm, hloubka max. 70 cm, výška max. 50 cm“. Námi nabízená centrifuga je významně užší (šířka 46 cm), nižší (výška 42 cm) ale má celkovou hloubku 76 cm. Zde bychom rádi upřesnili, že vzdálenost od předních pryžových nožiček k zadní stěně centrifugy jen pouze cca 55 cm, tj. centrifuga může bez problémů stát i na pracovním stole s hloubkou 70 cm. Přes požadovanou maximální hloubku 70 cm tak lehce přečnívá pouze dopředu vystouplý oblý ergonomicky řešený ovládací panel. Je pro účely výběrového řízení při splnění všech ostatních parametrů přípustné nabídnout centrifugu s uvedenými rozměry, tj. hloubkou 76 cm?



UNIVERZITA KARLOVA
Lékařská fakulta
v Hradci Králové

Odpověď

Požadavek na změnu technického parametru maximálních rozměrů je vzhledem k umístění a využití pořizované centrifugy akceptovatelný. Zadavatel upravuje technický parametr uvedený v Příloze č. 4 „Specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění“ s názvem „Rozměry“.

Původní znění technického parametru „Rozměry“ je:
šířka max. 70 cm, hloubka max. 70 cm, výška max. 50 cm

Nové znění technického parametru „Rozměry“ je:
šířka max. 70 cm, hloubka max. 76 cm, výška max. 50 cm

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle dokumentace zadávacího řízení v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 4.1.2023; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace předmětu plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 4.1.2023; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Specifikace předmětu plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 4.1.2023, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním dokumentace zadávacího řízení č. 1.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 13.2.2023, do 10:00 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne

Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan