



UNIVERZITA KARLOVA
Lékařská fakulta
v Hradci Králové

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím pro Ústav lékařské biologie a genetiky
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2022-052779**
evidenční číslo zadavatele: **LFHK-09-2022**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

kontaktní osoba: Ing. Hana Hanzlová

tel.: +420 495 816 461, 773 792 371, e-mail: hanzlovha@lfhk.cuni.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel u rotoru č. 2 uvádí požadavek: úhlový/ minimálně 6x50 ml min. úhel 40°. Minimálně 16 000 g. Můžeme nabídnout úhlový rotor 6x85 ml/21762 g, ale s úhlem 38°. Šíře 72,5 cm. Bude zadavatel akceptovat takový rotor?

Odpověď

Zadavatel požaduje u rotoru č. 2 dodržení velikosti zkumavek 50 ml, stejně tak minimálního úhlu rotoru 40° a šíře centrifugy 70 cm.

Vzhledem k charakteru zavedených metod a postupů používaných v laboratoři Ústavu lékařské biologie a genetiky zadavatel trvá na minimálním úhlu 40° u rotoru č. 2. Rovněž z důvodu objemu zpracovávaného materiálu a tudíž k tomuto objemu vhodných zkumavek zadavatel trvá na limitu 50 ml. Tento objem je pro zadavatele hraniční a jakýkoliv objem nad tento limit je nepoužitelný.

Šíře centrifugy je limitována velikostí pracovního místa, kde bude umístěna.



UNIVERZITA KARLOVA
Lékařská fakulta
v Hradci Králové

V Hradci Králové dne

Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan