

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen „VZ“):

Název VZ: UK 1. LF – Polysomnografický systém pro Neurologickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze

Druh VZ: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – otevřená výzva

DBID: 6739

ZADAVATEL:

Univerzita Karlova se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
do obchodního rejstříku se nezapisuje

ID datové schránky: pijj9b4

ve věci součástí: **1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2**

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

Zadavateli byla dne 24. 1. 2023 doručena písemná žádost vztahující se k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Na základě této žádosti poskytuje zadavatel dodavatelům následující vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V příloze č.1 - Požadované technické specifikace předmětu plnění je uvedeno, že velikost zesilovače nemá být větší než 15x8x4 cm. Jedná se o jednoznačně diskriminační požadavek, který omezuje možnost účastnit se soutěže ostatními dodavateli. Bude zadavatel akceptovat zesilovač jiných rozměrů při splnění všech ostatních parametrů? Popřípadě stanoví zadavatel nějakou toleranci?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pro velikost zesilovače je důležitý celkový objem, který by neměl být překročen o více než 20%, výška by také neměla překročit udaný rozměr o více než 25%, tak aby se jednalo o neomezující/neobtěžující plochý předmět.

Příloha č.1 - Vysvětlení zadávací dokumentace č.1: upravená Příloha č. 1 kupní smlouvy_technická specifikace plnění.

V souvislosti s vysvětlením zadávacích podmínek zadavatel rovněž prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 14. 2. 2023 do 10:00 hod.

V Praze

.....
Iveta Stachová
vedoucí odd. veřejných zakázek 1. LF UK

1x Příloha