



UNIVERZITA KARLOVA
Lékařská fakulta
v Hradci Králové

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím pro Ústav lékařské biologie a genetiky
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2022-052779**
evidenční číslo zadavatele: **LFHK-09-2022**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

kontaktní osoba: Ing. Hana Hanzlová
tel.: +420 495 816 461, 773 792 371, e-mail: hanzlovha@lfhk.cuni.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Dobrý den, v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Vysokorychlostní chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím pro Ústav lékařské biologie a genetiky“ je u rotoru č. 2 požadován úhel minimálně 40°. Bude zadavatel akceptovat rotor splňující stanovené použití a předepsanou minimální hodnotu RCF s fixním úhlem 25°?

Odpověď

Zadavatel nebude úhel 25° akceptovat.

Vzhledem k charakteru zavedených metod používaných v laboratoři Ústavu lékařské biologie a genetiky a zpracovávaného materiálu zadavatel trvá na minimálním úhlu 40° u rotoru č. 2.



UNIVERZITA KARLOVA
Lékařská fakulta
v Hradci Králové

V Hradci Králové dne

Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan