

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní materiál a chemikálie 07-2023

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 25. a 27. 4. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému s názvem „DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“:

Dotaz dodavatele č. 1:

Dotaz ohledně části 8, položka 8 (dávkovač na roztoky): bude zadavatel akceptovat dodání až v říjnu 2023? Dávkovač daných technických parametrů vyrábí pouze jediný dodavatel, který má momentálně problémy se zdrojovými materiály a předpokládá dodání až v říjnu 2023.

Odpověď zadavatele č. 1:

Specifikaci dotčeného dávkovače odpovídá více výrobků od různých výrobců.

Dotaz dodavatele č. 2:

Prosím o upřesnění: položka č. 8 – Dávkovač na roztoky – Požaduje zadavatel dávkovač bez recirkulačního ventilu nebo s recirkulačním ventilem?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel požaduje dávkovač s recirkulačním ventilem.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do dne 8. 5. 2023, 9:00 hod.

Za zadavatele
Hana Kvasničková v. r.