



## **LFP – Přístroje pro stomatologickou kliniku**

### **Část 1: Optika pro výukové ordinace**

#### **Preparační dentální mikroskop pojízdný**

- pojízdný stojan
- objektiv s variabilní pracovní vzdáleností alespoň v rozsahu 250-450 mm
- LED světlo s výkonem alespoň 60 000lux, oranžový filtr světla
- krokový nebo lineární měnič zvětšení
- naklápěcí binokulár 0-180°
- integrovaná kamera s rozlišením alespoň FullHD, s digitálním výstupem a s možností nahrávání videa
- možnost naklápění těla mikroskopu vůči binokulárům
- balanční rameno
- ergonomický mezikus/prodlužovací díl mezi binokuláry a tělem mikroskopu
- záruční doba min. 24 měsíců

#### **Preparační dentální mikroskop stolní**

- objektiv s variabilní pracovní vzdáleností alespoň v rozsahu 250-300 mm
- LED světlo s výkonem alespoň 40 000 lux, oranžový filtr světla
- krokový nebo lineární měnič zvětšení
- naklápěcí binokulár 0-180°
- integrovaná kamera s rozlišením alespoň FullHD
- digitální výstup s projekcí obrazu na externí obrazovku
- připojená externí obrazovka s úhlopříčkou minimálně 165cm a rozlišením alespoň 4k ultra HD
- záruční doba min. 24 měsíců