



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FAF UK – Stolní chlazená centrifuga
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s §§ 98 a 99 zákona, a to na základě dotazů jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1)

Dotazy a odpovědi:

a)

V minimální technické specifikaci je mj. požadován úhlový rotor s kapacitou 48 ks mikrozkušavek 1,5/2,0 ml a minimální RCF 19 000 g. Námi nabízená centrifuga má rotor s nižší kapacitou 30 ks mikrozkušavek, ale vyšší hodnotou RCF 24 400 g. Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout popsany rotor, tj. s nižším počtem mikrozkušavek, ale výrazně vyšší relativní odstředivou silou?

Ne, není možné dodat přístroj s nižší kapacitou zkumavek, protože požadavek na rotor s kapacitou pro 48 zkumavek je pro zadavatele důležitý.

b)

Dále je požadován automatický „stand by“ mód displeje při nečinnosti. LCD panel námi nabízené centrifugy při nečinnosti nezhasíná ale má téměř zanedbatelnou spotřebu elektrické energie. Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout takové provedení displeje?

Ano, je možné dodat přístroj i s LCD displejem.

2)

Z důvodu provedení změny zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to následujícím způsobem:

Lhůta pro podání nabídek končí: **12. 6. 2023, v 10.00 hodin.**

3)

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

V Hradci Králové dne 27. 5. 2023

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové