

Určeno všem dodavatelům:

Název veřejné zakázky: **UK 1.LF – Kity pro přípravu knihoven, pro klonování a zkumavky**

Zadavatel:

Univerzita Karlova

veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
do obchodního rejstříku se nezapisuje

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

ID datové schránky: piyj9b4

ve věci součásti: **1. lékařská fakulta**

kontaktní adresa: Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Evid. č. veřejné zakázky: **Z2023-016727**

Interní číslo zakázky: DBID 6920 (3. část – 7045)

Část 3. Kity pro klonování

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 podle ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje dodavatelům následující vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zadavatel uvádí pro přehlednost vždy číslo části veřejné zakázky, ke které se konkrétní vysvětlení zadávací dokumentace vztahuje.

Dotaz dodavatele č. 1 (část 3 veřejné zakázky – Kity pro klonování):

Dobry den,

Zadavatel v příloze č 8, pro část 3. Kity pro klonování , položka číslo 10, požaduje

„Chemicky kompetentní buňky E. coli pro expresi rekombinantních bílkovin“

Technická specifikace

„chem. kompetentní buňky pro expresi (hsdR, acZΔM15, recA1, endA1), nízká bazální hladina exprese (před indukcí), účinnost transformace $> 1 \times 10^9$, v alikvotech po 20-50ul“

Sú rozdily mezi daným genotypem pro buňky používané k expresi proteinů a našimi kmeny pro expresi proteinů, chtěli jsme se zeptat, zda poskytnutý genotyp je správně specifikován pro buňky exprese proteinů.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1 (část 3 veřejné zakázky – Kity pro klonování):

Správná technická specifikace pol. č. 10 zní:

„chem. kompetentní buňky pro expresi, nízká bazální hladina exprese (před indukcí), účinnost transformace $> 1 \times 10^9$, v alikvotech po 20-50ul“, tzn. původní údaje uvedené v závorce „(hsdR, mcrA, acZΔM15, recA1, endA1)“ se odstraňují. Zadavatel se omlouvá za zjevnou chybu v písmu, která se stala při kopírování technických parametrů předchozí položky č. 9 do položky č. 10.

Zadavatel přikládá opravenou tabulku, Přílohu č. 8 – Popis předmětu plnění a Cenová nabídka.

Dodavatelé jsou povinni použít do své nabídky aktuální upravené přílohy č. 8 zadávací dokumentace, která je přílohou tohoto Vysvětlení č. 2.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nedotčeny.

V Praze dne 6.6. 2023

Iveta Stachová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

1x Příloha

Doplňná příloha č. 8 zadávací dokumentace