

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL: Univerzita Karlova
Týká se součásti: 2. lékařská fakulta
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
IČO: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„UK2LF – Mobilní digitální RTG přístroj“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ZZVZ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v příloze č. 1 ZD Technická specifikace požaduje následující technické parametry zařízení:

- „Integrovaný DAP metr“

Uchazeč je připraven nabídnout přístroj renomovaného výrobce s obdobným řešením tohoto parametru, výpočtem dopadové dávky na pacienta z expozičních hodnot s odesláním naměřených údajů do PACS systému (bez fyzické přítomnosti DAP metru). Je tento způsob splnění požadavku pro zadavatele akceptovatelný?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ano, zadavatel akceptuje řešení výpočtu dopadové dávky na pacienta s odesláním údajů do PACS bez fyzické přítomnosti DAP metru.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel v příloze č. 1 ZD Technická specifikace požaduje následující technické parametry zařízení:

- „Digitální detektor - Bezdrátový plochý detektor 1 ks“ (tabulka včetně hodnocených technických parametrů)

Podle uchazeče není zcela jednoznačné, zda se v tomto případě jedná o požadavek zadavatele na dodávku druhého WiFi detektoru formátu 24x30 cm nebo 35x43 cm či nikoliv. Žádáme proto zadavatele o upřesnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dle zadávací dokumentace, *bod 3.2 Vymezení předmětu plnění*, zadavatel požaduje dodávku pojízdného RTG přístroje s bezdrátovým detektorem (dle *Příloha_1_ZD_Technická specifikace_V4* je rozměr tohoto detektoru min. 35x43cm) a dále druhý bezdrátový detektor, kterého velikost není přesně definována a je brána jako hodnotící kritérium (dle zadávací dokumentace, *bod 9 A3, je min. přípustný rozměr tohoto detektoru 24x30 a max. přípustný rozměr 35x43*).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel s ohledem na úpravu technického parametru v rámci tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **28.8.2023 do 10.00 hod.**

.....
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.,
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy