

## Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

### Laboratorní materiál a chemikálie 17-2023

#### Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**  
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň  
IČO: 00216208  
DIČ: CZ00216208  
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty  
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková  
tel.: +420 377 593 445  
e-mail: [hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz](mailto:hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz)

Zadavatel obdržel dne 4. 9. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému s názvem „DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“:

#### Dotaz dodavatele:

*V rámci technické specifikace požadujete bezfiltrový nízkoúdržbový systém.*

*Smysl filtru je především v ochraně kondenzátoru před nečistotami, tedy zabráňuje vstupu nečistot k jedné ze zásadních částí zařízení, která je zodpovědná za správnou funkci chlazení.*

*Pravidelné čištění filtru je prováděno servisním technikem při pravidelné kontrole 1x ročně. v závislosti na prostředí, kde je zařízení umístěné může být čištění filtru častější, nicméně z podstaty věci filtr přispívá k ochraně kondenzátoru před nečistotami a má kladný vliv na funkci a životnost zařízení.*

*Je možné nabídnout technické řešení s filtrem kondenzátoru, s rozsahem minimální údržby pospané výše?*

#### Odpověď zadavatele:

*Zadavatel stanovil technické požadavky s ohledem na reálnou potřebu pracoviště, kde bude hlubokomrazicí box umístěn. Funkce „bezfiltrový a nízkoúdržbový systém“ je funkce, které zadavatel rozumí ve smyslu zvýšení životnosti a spolehlivosti mrazáku a nikoliv absenci nutnosti servisu. Zadavatel si je vědom, že bezfiltrový systém není zcela bezúdržbový, nicméně takový systém usnadní časovou a technickou náročnost údržby, která je vzhledem k umístění boxů potřebná. Z těchto důvodů zadavatel trvá na požadavku na bezfiltrové provedení boxu.*

### **Změna zadávací dokumentace**

Původní znění zadávacích podmínek:

- 2 ks hlubokomrazícího boxu
- předpokládaná hodnota veřejné zakázky – 826.000,- Kč bez DPH

Nové znění zadávacích podmínek:

- 1 ks hlubokomrazícího boxu
- předpokládaná hodnota veřejné zakázky – 500.000,- Kč bez DPH

Ostatní podmínky veřejné zakázky zůstávají beze změn.

V souvislosti se změnou zadávacích podmínek veřejné zakázky je přílohou tohoto dokumentu nové znění Přílohy č. 1 výzvy\_položkový výkaz. Zadavatel pro podání nabídky využije přílohu v novém znění.

**Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do dne 18. 9. 2023, 9:00 hod.**

Za zadavatele  
*Hana Kvasničková v. r.*

### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 výzvy\_položkový výkaz\_nový