

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – Laboratorní přístroje

výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **07.09.2023**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

ID datové schránky: piyj9b4

(dále jen „**zadavatel**“)

V souladu s čl. 15 dokumentace výběrového řízení zadavatel vysvětluje dokumentaci výběrového řízení na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečné technické informace k této veřejné zakázce pro část 2. Gradientový termocyklér.

a.). Jelikož všechny vyráběné termocykléry, od různých světových výrobců, jsou koncipovány půdorysně do pomyslného obdélníku, přičemž je vždy větší hloubka než šířka a obráceně neexistuje žádný termocyklér, tak se chceme zeptat, jestli došlo k záměně při stanovení šířky a hloubky, kdy požadujete v technických parametrech, maximální rozměry 50 cm šířku a 30 cm hloubku ???

Odpověď na dotaz č. 1 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 4b dokumentace výběrového řízení – Specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky takto:

„Technický parametr: Rozměry (šxvxh): Maximálně 30x30x50 cm“.

Dotaz č. 2 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Zadavatel požaduje v rámci zadávacího řízení, část 2 Gradientový termocyklér, dodání termocykléru s následujícím parametrem:

Teplotní rozsah 0°C až 100°C

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj splňující teplotní rozsah v intervalu 3°C až 99°C? Uživatelé to nijak neomezuje v používání přístroje a na trhu nejsou žádné komerčně používané kity ani protokoly, které by využívaly chladičí kroky v rozmezí 0-3°C. Požadavek proto chápeme jako diskriminační a žádáme o úpravu tohoto technického parametru.

Odpověď na dotaz č. 2 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 4b dokumentace výběrového řízení – Specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky takto:

„Technický parametr: Teplotní rozsah: 3°C až 99°C“.

Dotaz č. 1 k části 3 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den, v části 3 Parní sterilizátor jsou mj. požadovány maximální rozměry 550 x 1050 x 450 mm a je požadována max. hmotnost 100 kg. Námi nabízený autokláv má jeden z rozměrů a hmotnost nepatrně větší, a sice rozměry 540 x 1043 x 530 mm a hmotnost 101 kg. Je při splnění všech ostatních technických parametrů přípustné nabídnout pro účely zakázky autokláv s uvedenými rozměry a hmotnostmi? Věříme, že tyto drobné odchylky nebudou mít vliv na využití autoklávu uživatelem. Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 1 k části 3 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 4c dokumentace výběrového řízení – Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky takto:

„Technický parametr: Rozměry (šxvxh): Maximálně 550 x 1050 x 550 mm“.

„Technický parametr: Váha: Maximálně 110 kg“.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 22.09.2023; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace předmětu plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 22.09.2023; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Výzva k podání nabídek, specifikace předmětu plnění pro část 2 VZ a specifikace předmětu plnění pro část 3 VZ v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 22.09.2023, jsou uveřejněny současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. I.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 12.10.2023, do 10:00 hod.

Termín otevírání nabídek: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 22.09.2023

Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Mgr. Karolína Fischerová