

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – Laboratorní přístroje

výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **07.09.2023**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

ID datové schránky: pijj9b4

(dále jen „*zadavatel*“)

V souladu s čl. 15 dokumentace výběrového řízení zadavatel vysvětluje dokumentaci výběrového řízení na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den, máme otázky na část 2. Bude zadavatel akceptovat rychlost zahřívání a chlazení bloku (block ramp rate up/down) na hodnotě 4°C/s? Bude zadavatel akceptovat rychlost zahřívání a chlazení 1μl vzorku (sample ramp rate up/down) na hodnotě 4°C/s?

Odpověď na dotaz č. 1 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel trvá na svých požadavcích:

Rychlost zahřívání / chlazení bloku (block ramp rate up/down):

Zahřívání minimálně 6°C/s; Chlazení minimálně 4,4°C/s

Rychlost zahřívání / chlazení v 1μl vzorku (sample ramp rate up/down):

Zahřívání minimálně 4,4°C/s; Chlazení minimálně 3°C/s

Zadavatel upozorňuje, že termín podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 26.09.2023

**Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové**
Mgr. Karolína Fischerová