

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní materiál a chemikálie 25-2023

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 12. 10. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k části 7 výše uvedené veřejné zakázky. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému s názvem „DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“:

Dotaz dodavatele:

Prosíme o upřesnění zadávací dokumentace pro část 7 (položky 1 a 2) předmětné VZ v následujících bodech:

- 1. Můžete, prosím, upřesnit typ a objem pipet Eppendorf, ke kterým mají být špičky kompatibilní.*
- 2. Můžete, prosím, vysvětlit pojem „standardní provedení“?*

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Položka č. 1 - špičky musí být kompatibilní s pipetami Eppendorf Research plus 0.1 - 2.5 uL a pracovní rozsah do 2 uL.

Položka č. 2 – špičky musí být kompatibilní s pipetami Eppendorf Research plus 0.5 - 10 uL.

Ad 2) Standardní provedení v tomto případě znamená krabičku s 8 řádky a 12 sloupci.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do dne 24. 10. 2023, 9:00 hod.

Za zadavatele
Hana Kvasničková