



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ZADAVATEL: Univerzita Karlova
Týká se součásti: 2. lékařská fakulta
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
IČO: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„UK2LF – Modulární dvoufotonový mikroskop se strukturovanou iluminací“

Část 8) „Výkonný objektiv pro in vivo měření ve dvoufotonovém a trojfotonovém režimu“

Veřejná zakázka je financována Evropskou unií – Next Generation EU (Národní plán obnovy), projekt Národní ústav pro neurologický výzkum, reg. č. LX22NPO5107.

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

1. Předmět veřejné zakázky, sjednaná cena ve smlouvě a zvolené zadávací řízení	
Předmět veřejné zakázky:	
Předmětem plnění části 8 veřejné zakázky je dodávka výkonného objektivu pro in vivo měření ve dvoufotonovém a trojfotonovém režimu v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci.	
Zvolené zadávací řízení:	
Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ	
Cena sjednaná ve smlouvě:	
Nabídková cena za celý předmět plnění v Kč bez DPH	537.660,-

2. Označení účastníků zadávacího řízení:	
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
1	Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
2	Sven Biolabs s.r.o.

3. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
Zadavatel vyloučil výše uvedeného účastníka ze zadávacího řízení, a to z důvodu naplnění ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ tzn. tzn. pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.



Při kontrole nabídky resp. návrhu kupní smlouvy vč. technické specifikace nabízeného plnění dodavatele Nikon Europe B.V., český odštěpný závod, bylo zjištěno, že nabízené plnění nesplňuje požadovaný technický parametr „Spektrální propustnost: Optimalizována v rozsahu 400 až 1400 nm; alespoň >80% na 920 nm, >75% na 1300 nm.“.

S ohledem na zjištěnou skutečnost, nezbylo zadavateli nic jiného, než vyloučit tohoto dodavatele ze zadávacího řízení, protože nesplněním byť jednoho z technických parametrů se stává nabídka dodavatele spol. Nikon Europe B.V., český odštěpný závod neporovnatelnou a nehodnotitelnou.

Současně je nepřipustné, aby po konci lhůty pro podávání nabídek došlo k věcné změně nabídky, byť v jednom z technických parametrů nabízeného plnění např. na základě žádosti dle § 46 odst. 1 ZZVZ.

4. Identifikační údaje vybraného účastníka, popř. účastníků, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně účastníka:

Sven Biolabs s.r.o., se sídlem: Čerpadlová 1034/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 24702960

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Komise provedla hodnocení podaných nabídek na základě stanovených hodnotících kritérií v ZD a vyhodnotila nabídku spol. Nikon Europe B.V., český odštěpný závod jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější dle stanoveného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Následně došlo k vyloučení tohoto účastníka ze zadávacího řízení blíže viz bod 3 této písemné zprávy a následně byl vybrán účastník, který se umístil na 2. místě po provedeném hodnocení podaných nabídek. Nabídka spol. Sven Biolabs s.r.o. je ekonomicky přijatelná pro zadavatele.

6. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím poddodavatelů:

7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita, odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:

9. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu dle § 129 ZZVZ:

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Veškeré nabídky do zadávacího řízení byly podávány pouze prostřednictvím el. nástroje zadavatele v el. podobě.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn,



12. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je nevedl v zadávací dokumentaci:

Předmětná nadlimitní veřejná zakázka byla rozdělena na části.

13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ, pokud je nevedl v zadávací dokumentaci.

V Praze

.....

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.,
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy