

Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění
Název veřejné zakázky:

„UK2LF - Hlubokomrazicí skříňový box s duálním systémem nezávislých mrazicích okruhů – 3 ks“

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie na dodávky

Druh výběrového řízení: otevřená výzva

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu EU - Next Generation EU (Národní plán obnovy),
název projektu: "Národní ústav pro neurologický výzkum", reg. č. LX22NPO5107.

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

Popis plnění a požadované technické parametry:	PRODÁVAJÍCÍ DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV NABÍZENÉHO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Hlubokomrazicí skříňový box s duálním systémem nezávislých mrazicích okruhů	Prodávající uvede název zboží
Technické parametry:	
Objem od 350 do 600 litrů	Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění.
Rozměry: výška cca 200 cm, š cca 87 cm hl cca 87 cm, musí projít dveřmi 90 cm šíře otvoru	Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění.
Duální systém chlazení	Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění.
Udržitelná teplota od -60 do -80 °C	Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění.
Nastavení teploty v rozsahu od -60 do -80 °C	Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění.
Záruční doba min 12 měsíců	Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění.