

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 (dále jen „vysvětlení“)

dle § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název veřejné zakázky: UK 1. LF – Systém pro vizuální stimulaci během fMRI (opakování)

Druh veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky

DBID v E-ZAK: 7741

ZADAVATEL:

Univerzita Karlova se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

ve věci součástí: **1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, Nové Město, 121 08 Praha 2**

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Zadavateli byla dne 22. 11. 2023 doručena písemná žádost dodavatele vztahující se k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Na základě této žádosti poskytuje zadavatel dodavatelům následující vysvětlení.

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1:

Dotaz č. 1:

V příloze č. 1 kupní smlouvy „Technická specifikace“ požaduje zadavatel dodání systému, který musí být kompatibilní se stávajícím prostředím, přístrojem MRI Siemens, tj. 3T MRI Siemens Skyra a 32- a 64-kanálovou hlavovou cívkou. Součástí dodávky námi nabízeného systému jsou 2 produkty (části), jejichž kompatibilita je rozdílná, přičemž:

1) Základní část systému Basic fMRI Solution - řídící a vyhodnocovací část fMRI - je kompatibilní se stávajícím prostředím, přístrojem MRI Siemens, tj. 3T MRI Siemens Skyra a 32- a 64-kanálovou hlavovou cívkou.

2) Rozšiřující část systému Basic fMRI Solution - VisualSystem HD (prezentace vizuálních podnětů uvnitř MR skeneru - díky zobrazení ostrého obrazu a brilantních barev je pacientovi prezentována vysoce kvalitní grafika nebo text) je kompatibilní se stávajícím prostředím, přístrojem MRI Siemens, tj. 3T MRI Siemens Skyra a 64 kanálovou hlavovou cívkou. Tato rozšiřující část není kompatibilní s 32-kanálovou cívkou. V této souvislosti předkládáme potvrzení výrobce o této skutečnosti.

Bude zadavatel akceptovat námi nabízení řešení s výše popsanou rozdílnou kompatibilitou jeho jednotlivých částí, jak je popsáno výše?

Dotaz č. 2:

V příloze č. 1 kupní smlouvy „Technická specifikace“ požaduje zadavatel dodání systému s „možností snímání okulografie“. Z důvodu vyloučení pochybností o významu výkladu takto formulovaného technického parametru vznášíme dotaz, zda zadavatel má „možností“ na mysli nutnost splnění tohoto parametru či je jeho splnění fakultativní, tj. zadavatel na jeho splnění netrvá a je pouze výhodou.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST Č. 1:

Ad dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat řešení, které je v dotazu uvedeno, tj. kompatibilitu pouze se 64kanálovou cívkou.

Ad dotaz č. 2:

Požadavek „Možnost snímání okulografie“, uvedený v příloze č. 1 vzoru smlouvy znamená, že musí být možné snímání okulografie, tzn. zadavatel požaduje splnění tohoto technického parametru.

V souladu s § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, lhůta pro podání nabídek končí 13. 12. 2023 v 10:00 hod.

.....
Iveta Stachová
vedoucí odd. veřejných zakázek 1. LF UK