

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 (dále jen „vysvětlení“)

dle § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název veřejné zakázky: UK 1. LF – Vzpřímený badatelský mikroskop

Druh veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky

DBID v E-ZAK: 7759

ZADAVATEL:

Univerzita Karlova se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

ve věci součástí: **1. Lékařská fakulta, Kateřinská 32, Nové Město, 121 08 Praha 2**

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Zadavateli byla dne 27. 11. 2023 doručena písemná žádost dodavatele vztahující se k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Na základě této žádosti poskytuje zadavatel dodavatelům následující vysvětlení.

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci zadavatel požaduje 10. Trinokulární tubus s nastavitelnou mezioční vzdáleností a možností plynulé změny sklonu okulárů s přepínačem optické dráhy mezi okuláry a kamerou v poměrech 100/0, 50/50 a 0/100 %. Trinokulární tubus s přepínáním 100/0, 50/50 a 0/100 % můžeme nabídnout ve verzi s rozšířeným kamerovým portem o průměru 19 mm, který je ideálním řešením pro pokročilé zobrazení vzorku. Tento tubus však nemá naklápění okulárů. Bude zadavatel akceptovat tubus bez naklápění, ale s kamerovým portem o průměru 19 mm?

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje motorizovaný revolverový měnič objektivů (sedm kódovaných pozic). Můžeme nabídnout řešení manuálním revolverovým měničem objektivů pro 7 pozic, který je však plně kódovaný a umožňuje srovnatelný komfort při práci s mikroskopem. Bude zadavatel akceptovat řešení s manuálním měničem objektivů, který je však plně kódovaný?

Dotaz č. 3

Zadavatel ve specifikaci neuvádí typ ostření (manuální, nebo motorizované). Nicméně uvádí možnost nastavení více stupňů citlivosti chodu ostření. Tato funkce je zpravidla vázána na motorizované ostření. Požaduje tedy zadavatel motorizované ostření mikroskopu?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST Č. 1:

Ad dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat u položky č. 10 tubus bez naklápění s kamerovým portem o průměru 19 mm.

Ad dotaz č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat u položky č. 13 manuální měnič objektivů, pokud budou pozice kódované.

Ad dotaz č. 3:

Ano, zadavatel doplňuje k pol. č. 9 typ ostření, a to motorizované.

Součástí vysvětlení je upravená příloha smlouvy č. 1 - požadovaná technická specifikace předmětu plnění, změny jsou uvedeny červeným písmem.

V souladu s § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, lhůta pro podání nabídek končí 19. 12. 2023 v 10:30 hod.

.....
Iveta Stachová
vedoucí odd. veřejných zakázek 1. LF UK