

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen „VZ“):

Název VZ: UK 1. LF – Upgrade analyzátoru Seahorse

Druh VZ: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – otevřená výzva

DBID: 7807

ZADAVATEL:

Univerzita Karlova se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
do obchodního rejstříku se nezapisuje

ID datové schránky: pijj9b4

ve věci součástí: **1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2**

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

Zadavateli byla dne 16. 1. 2024 doručena písemná žádost vztahující se k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Na základě této žádosti poskytuje zadavatel dodavatelům následující vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Akceptuje zadavatel nabízené řešení procesoru třídy Intel Core i5-7300 o nižším výkonu jak je uvedena v technické specifikaci, ale s ověřenou stabilitou výrobcem a komunikací s metabolickým analyzátozem Seahorse XFe24?


Jedná se o jediný druh procesoru, který se v controlleru, jako předmětu dodávky používá a zásadní pro provoz je jeho stabilita vůči metabolickému analyzátoru Seahorse XFe24, nikoli jeho výkon.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, zadavatel akceptuje nabízené řešení procesoru třídy Intel Core i5-7300 o nižším výkonu než je uvedena v technické specifikaci, ale s ověřenou stabilitou výrobcem a komunikací s metabolickým analyzátozem Seahorse XFe24.

Zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze



Iveta Stachová
vedoucí odd. veřejných zakázek 1. LF UK