

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky  
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

**LF HK – NPO – Simulátory novorozenců**

**Část 2 - Simulátor zralého novorozence**

(dále jen „veřejná zakázka“)

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2023-043900**

## 1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové**

Sídlo:

Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové

IČO:

00216208

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

prof. MUDr. Jiří Mandřák, Ph.D., děkan

Adresa profilu zadavatele:

[https://zakazky.cuni.cz/profile\\_display\\_11.html](https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html)

## 2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka simulátoru zralého novorozence pro Lékařskou fakultu v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o realistický simulátor 36 týdenního novorozence umožňující nácvik prvního ošetření na porodním sále, v případě hypoxie i následnou KPR včetně možnosti zajištění dýchacích cest a kanylace pupeční šňůry.

Předmět plnění je blíže specifikován v technických, obchodních a jiných smluvních podmínkách, které jsou součástí příloh dokumentace zadávacího řízení.

### Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

<u>CPV kód</u>	<u>Název</u>
38970000-5	Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory
39162200-7	Školící pomůcky a zařízení

## 3. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem činí: **164.550,00 Kč bez DPH.**

## 4. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona.

## 5. Označení účastníků zadávacího řízení

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku:

Číslo účastníka	Účastník	Sídlo	IČO
1.	HELAGO-CZ, s.r.o.	Kladská 1082/67, 500 03 Hradec Králové	25963961
2.	M e d i m spol. s r.o.	Selská 38/80, Maloměřice, 614 00 Brno	47903279

## 6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení:

Název: M e d i m spol. s r.o.  
Sídlo: Selská 38/80, Maloměřice, 614 00 Brno  
IČ: 47903279

### Odůvodnění:

Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky dne 03.10.2023 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 05.10.2023.

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky se dne 20.11.2023 a 04.12.2023 uskutečnilo jednání hodnotící komise (dále jen „komise“), jež na základě rozhodnutí zadavatele v souladu s § 42 zákona plní úkoly spojené s hodnocením nabídek, posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny, na kterém komise provedla hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Komise konstatovala, že účastník zadávacího řízení nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení – neprokázal splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení v dále uvedeném rozsahu:

Účastník zadávacího řízení neprokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona.

Zadavatel v odstavci 3.10 zadávací dokumentace stanovil, že v Příloze č. 5 zadávací dokumentace uvádí minimální funkční požadavky a očekávané technické parametry. Nesplnění některého z těchto minimálních funkčních a technických požadavků bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky a vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 zákona. Zadavatel připouští nabídnutí lepších parametrů, vlastností či funkcí.

Dle odst. 6.13 a 6.14 dokumentace zadávacího řízení zadavatel stanovil požadavky na prokázání technické kvalifikace v souladu s § 79 odst. 2 písm. k) zákona. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil fotografie předmětu plnění k prokázání splnění technických parametrů dle Přílohy č. 5 Specifikace předmětu plnění, zejména k prokázání fyziologického vzhledu novorozence a k prokázání splnění požadované etnické skupiny.

Dle § 39 odst. 5 zákona zadavatel v průběhu zadávacího řízení vychází z údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Zadavatel si může údaje, doklady, vzorky nebo modely opatřovat také sám, pokud nejde o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.

Účastník nepředložil fotografie předmětu plnění, ze kterých by bylo patrné splnění požadovaných technických parametrů dle Přílohy č. 5 Specifikace předmětu plnění, zejména prokázání fyziologického vzhledu novorozence a prokázání splnění požadované etnické skupiny.

Účastník předložil v nabídce dokument s názvem *Specifikace předmětu plnění* a dokument *Nabídka vydaná č. NV-298/2023*, ve kterých účastník uvádí, že nabízené plnění simulátoru předčasně narozeného novorozence je speciální verze, individuálně upravená/doplněná dle konkrétních požadavků koncového uživatele. Z toho důvodu zadavatel nemůže sám opatřit údaje, doklady, vzorky nebo modely a ověřit, zda nabízené plnění splňuje požadované parametry a zároveň ověřit věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.

Vzhledem k tomu, že simulátor bude sloužit pro výukové účely, nelze ze strany zadavatele akceptovat produkt, jehož vzhled není předem znám. Z toho důvodu zadavatel požaduje předložení fotodokumentace, ze které bude naprosto patrné splnění technických parametrů dle Přílohy č. 5 Specifikace předmětu plnění, zejména splnění požadovaného fyziologického vzhledu novorozence a splnění požadované etnické skupiny. Předložená fotodokumentace musí být v dostatečné velikosti a kvalitě, aby zadavatel mohl doklady relevantně posoudit. Předložené fotografie musí dokumentovat hotový výrobek nabízeného plnění.

S ohledem na shora uvedené měla komise nejasnost, zda účastník splňuje technické požadavky zadavatele stanovené zadavatelem v Příloze č. 5 Specifikace předmětu plnění, nebo nikoli, a zda účastník splňuje kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona stanovené zadavatelem, nebo nikoli, a proto rozhodla, že v souladu s § 46 zákona vyzve účastníka k písemnému objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, příp. doplnění dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.

Účastník zadávacího řízení byl ve výzvě k objasnění nabídky ze dne 21.11.2023 vyzván k předložení:

- a) fotodokumentace, ze které bude naprosto patrné splnění technických parametrů dle Přílohy č. 5 Specifikace předmětu plnění, zejména splnění požadovaného fyziologického vzhledu novorozence a splnění požadované etnické skupiny. Předložená fotodokumentace musí být v dostatečné velikosti a kvalitě, aby zadavatel mohl doklady relevantně posoudit. Předložené fotografie musí dokumentovat hotový výrobek nabízeného plnění.

Účastník po stanovené lhůtě na výzvu k objasnění nabídky doručil zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK objasnění nabídky, z něhož nevyplývá, že účastník splňuje kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona stanovené zadavatelem v odst. 6.13 a 6.14 dokumentace zadávacího řízení.

Účastník v rámci objasnění nabídky doručil zadavateli dvě fotografie. Předložená fotodokumentace neumožňuje komisi, aby mohla relevantně posoudit splnění technických parametrů dle Přílohy č. 5 Specifikace předmětu plnění.

Předložené fotografie nedokumentují jeden konkrétní hotový výrobek nabízeného plnění, ale několik různých simulátorů novorozenců. Komisi tedy není zřejmé, který výrobek simulátoru je předmětem nabízeného plnění.

Komise navíc konstatuje, že po posouzení fotografií simulátorů došla k závěru, že simulátory, na kterých je zřejmý detail obličeje, nesplňují požadavek na etnickou skupinu.

Dle předložené fotodokumentace není možné relevantně posoudit, zda simulátory zobrazují realistickou figurínu zralého novorozence.

