

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Běžné laboratorní přístroje

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-007528**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „**zadavatel**“)

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, resp. v souladu s § 99 zákona zadavatel mění zadávací dokumentaci takto:

Dotaz č. 1 k části 3 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dotazy se týkají veřejné zakázky „LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Běžné laboratorní přístroje“ části 3: Laminární box

V minimálních technických požadavcích na laminární box zadavatel požaduje:

- 1) *max. hlučnost 57 dBA*

Dotaz uchazeče: Bude zadavatel akceptovat, vzhledem k vyššímu počtu ventilátorů, i hlučnost 59 dBA?

- 2) *výklopné přední okno*

Dotaz uchazeče: Trvá zadavatel na tomto požadavku? Námi nabízený box tuto možnost nemá, avšak je možné el. vysunutí směrem do pracovní plochy tak, aby bylo umožněno bezproblémové čištění.

Děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem,

Odpověď na dotaz č. 1 k části 3 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

- 1) *Zadavatel připouští hlučnost max. 60 dBA.*

Doporučení pro hluchost v chovech laboratorních zvířat – do 60 dB (JEBAVÝ, Lukáš. Chov laboratorních zvířat: [učební text pro vyučovaný předmět Chov laboratorních zvířat]).

Zadavatel v tomto smyslu upravil požadavky na technickou specifikaci v Příloze č. 5c dokumentace zadávacího řízení – Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky.

- 2) *V Příloze č. 5c dokumentace zadávacího řízení – Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky je uveden technický parametr Přední elektricky posuvné a výklopné okno.*

Zadavatel trvá na požadavku výklopného okna směrem ven. Box je určen především pro práci s laboratorními zvířaty a s tím je spojené zvýšené znečištění pracovního prostředí (prašnost, exkrementy). Z tohoto důvodu je nutné umývat vnitřek boxu celý i se stropem a celou zadní stranou. Při vyklopení okna směrem do pracovní plochy zřejmě nepůjde provést čištění boxu ve všech jeho částech.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 05.03.2024; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace předmětu plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 05.03.2024; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 05.03.2024, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. III.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 08.04.2024, do 10:00 hod.

Termín otevírání nabídek: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 05.03.2024

**Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan**