

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Běžné laboratorní přístroje
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-007528**
(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03
(dále jen „*zadavatel*“)

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“) zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1 k části 1 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

dotaz pro část 1.:

Zadavatel v technické specifikaci uvádí parametr pro teplotu max. 145°C. Je tím myšleno, že má být autokláv konstruován tak, aby zvládl tuto teplotu konstrukčně anebo je tím myšlena maximální dosažitelná teplota sterilizace?

Odpověď na dotaz č. 1 k části 1 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Teplota max. 145 °C je konstrukční teplota. Zadavateli vyhovuje obvyklá teplota sterilizace max. 134 °C.

V rámci Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. I zadavatel dne 22.02.2024 upravil požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 5a dokumentace zadávacího řízení – Specifikaci předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky a odpověděl na související dotaz následovně:

„V Příloze č. 5a dokumentace zadávacího řízení – Specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky je uveden technický parametr teplota: max. 145 °C. Autokláv s maximální teplotou sterilizace do 134 °C vyhovuje požadavku zadavatele.“

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 22.02.2024; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace předmětu plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 22.02.2024; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 22.02.2024, byla uveřejněna současně s Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. I.

Zadavatel upozorňuje, že termín podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne dle el. podpisu

**Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové**
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan