



UNIVERZITA KARLOVA
1. lékařská fakulta

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 (dále jen „vysvětlení“)

dle § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Univerzita Karlova

veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění

do obchodního rejstříku se nezapisuje

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

ID datové schránky: piyj9b4

ve věci součásti: **1. lékařská fakulta**

kontaktní adresa: Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen „VZ“):

Název VZ: UK 1. LF – Hlubokomrazící box – III. Interní klinika

Druh VZ: Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky

DBID: 7987

Dotaz dodavatele č. 1:

Bude obstarávatel akceptovat ponuku:

- šířka 82 cm (požadované je maximum 80 cm)

- váha zariadenia 370 kg (požadované je maximum 270 ks)

- objem zariadenia 515 litrov (požadované je aspoň 520 litrov)

Dotaz dodavatele č. 2:

Bude zadavatel akceptovat hlubokomrazící box nejvyšší kvality s objemem 491 l resp. 477 l - při zachování všech ostatních parametrů (pro úplnost uvádíme ještě vnitřní rozměry v mm (Š / H / V): 606 / 605 / 1300)?

V zadávací dokumentaci uvádíte šířku 80 cm kvůli průchodu dveřmi. Jaká je reálná šířka dveří?

Dotaz dodavatele č. 3:

Požadujete nastavitelné rozmezí teplot pevně min. -40 až min -86°C.

Je možné nabídnout zařízení, u kterého je možné nastavení teplot v rozsahu -50°C až -86°C?

Domníváme se, že se jedná o typický rozsah nastavení teploty pro laboratorní hlubokomrazící boxy splňující zamýšlený účel používání.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1: Zadavatel nebude akceptovat řešení, které je v dotazu uvedeno, tj. nastavené parametry: šířka, váha a objem jsou nastaveny z důvodu manipulace v prostoru a s maximálním využitím požadované kapacity hlubokomrazícího boxu a z důvodu nosnosti podlahy tak jak uvádí zadavatel v příloze č. 1 kupní smlouvy – požadovaná technická specifikace předmětu plnění.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2: Zadavatel nebude akceptovat hlubokomrazící box s objemem nižším než je uvedeno v příloze č. 1 KS- požadovaná technická specifikace předmětu plnění, tj. objem alespoň 520 l, a to z důvodu množství vzorků uchovávaných na delší časové období uvnitř hlubokomrazícího boxu. Potřebujeme maximálně možný velký objem, který nám prostor dovolí, a to je důvod proč uvádíme max 80 cm šíře boxu. Nejedná se pouze o rám dveří, resp. šířku dveří, ale i o manipulaci s boxem, která je v tom těsném prostoru velmi náročná. Pro manipulaci boxu do místnosti a posléze v místnosti na příslušné místo je prostor 83 cm (tedy máme ponechanou rezervu 3 cm). Vzhledem k tomu, že šíře boxu nezahrnuje panty a madlo, tak by pak reálná šířka byla větší.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3: V tomto technickém požadavku je míněno, že nejvyšší akceptovatelná teplota hlubokomrazícího boxu, která bude nastavitelná, je -40°C (tj. -39°C je již neakceptovatelná hodnota) a pokud bude nejvyšší nastavitelná hodnota -50°C, je to v pořádku. Nejnižší teplota na hlubokomrazícím boxu bude minimálně -86°C a opět, pokud bude možné nastavit nižší teplotu, je to v pořádku (tj. -87°C a nižší).

Zadavatel tímto vysvětlením č. 1 nemění zadávací podmínky.

V Praze

.....
Iveta Stachová
vedoucí odd. veřejných zakázek 1. LF UK