



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL: Univerzita Karlova
Týká se součástí: 2. lékařská fakulta
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
IČO: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„UK2LF – Průtokový cytometr sorter II“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ZZVZ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Naše společnost nedisponuje oficiálně veřejně dostupným dokumentem, ve kterém by byla deklarována hodnota minimální citlivosti detekce fluorochromu APC MEFL/MESF (Parametr přístroje z přílohy č.1 ZD – Technické specifikace, oddíl Optika a citlivost - minimální citlivost detekce pro uvedené fluorochromy: APC < 25 MEFL (nebo MESF)). Bude zadavatel akceptovat nabídku bez udání této hodnoty?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v čl. 7.2 zadávací dokumentaci stanovil „požadavky na zpracování a obsah nabídky“, kde mimo jiné uvedl, že součástí nabídky bude i „*technická a obrazová dokumentace nabízeného předmětu plnění - např. kopie technického listu výrobce nebo kopie z katalogu, prospektu nebo manuálu předmětu plnění apod.*“, zadavatel k čl. 7.2 písm. d) ZD uvádí, že uvedený výčet technické a obrazové dokumentace nabízeného předmětu plnění je pouze demonstrativní a je na rozhodnutí dodavatele jakým dokumentem budou doloženy technické parametry nabízeného plnění tzn. zadavatel připouští i např. formu čestného prohlášení dodavatele pro určitý parametr, který se explicitně neuvádí v technickém listu výrobce, nebo kopii z katalogu, prospektu nebo manuálu předmětu plnění. Zadavatel žádá, aby dodavatel doložil tímto způsobem veškeré požadované technické parametry poptávaného plnění.

.....
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.,
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy