



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FAF UK - Ultrazvukový homogenizátor
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 03
Způsob zadání:	Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
Osoba zastupující zadavatele:	doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s §§ 98 a 99 zákona, a to na základě dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1)

Dotaz:

V Technické specifikaci je požadována frekvence 30 kHz, je možné dodat 20 kHz?

Odpověď:

Ne, bohužel není možné dodat přístroj s frekvencí 20kHz, neboť sonda je primárně určená k homogenizaci buněčných kultur a 30 kHz frekvence je šetrnější než 20 kHz, protože má ta výsledná vlna nižší energii.

2)

Zadávací podmínky, včetně lhůty pro podání nabídek, zůstávají nezměněny.

V Hradci Králové dne 23. 4. 2024

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové