

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 09-2024

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 29. 4. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k části 1 výše uvedené veřejné zakázky. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dotčeném dynamickém nákupním systému:

Dotaz dodavatele:

U položky 5 – centrifuga. Je prosím možné dodat centrifugu nikoli s výměnným rotorem, ale s redukcí na rotor ve formě adaptérů na stripy?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat pouze variantu s výměnným rotorem.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neproděluje lhůtu pro podání nabídek.

Za zadavatele
Hana Kvasničková