



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 15-2024

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 3. 5. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dotčeném dynamickém nákupním systému:

Dotaz dodavatele:

- 1) V technické specifikaci požadujete měřené množství vzorku v rozsahu alespoň 0,2 a 2 μ l. Je možné nabídnout zařízení, kde je doporučený rozsah objemu měřeného vzorku v rozsahu 1 až 2 μ l?
Dle našich dlouhodobých zkušeností je při objemu vzorku < 1 μ l měření náchylné na vysychání a může tak docházet rapidní změně výsledně naměřené koncentrace vzorku.
- 2) V technické specifikaci požadujete přesnost absorbance min. 3% (1.05 při 260 nm). Námi nabízené zařízení splňuje požadovaný požadavek na fotometrickou přesnost 3% (0.97 A, 302 nm), přesnost absorbance 1.05 při 260 nm výrobce u námi nabízeného modelu neuvádí (tuto hodnotu uvádí výrobce u předchozího modelu spektrofotometru). Prosíme zadavatele o zvážení možnosti vypustit technický parametr absorbance min. 3%(1.05 při 260 nm).
- 3) V technické specifikaci požadujete identifikaci kontaminant a integrity vzorku. Rozumíme požadavku správně, že požadujete konkrétní identifikaci kontaminantů ve vzorku s následnou korekcí výsledku měření?





Odpověď zadavatele:

- ad 1) *Zadavatel upravil rozsah objemu měřeného vzorku na 1 až 2 μ l.*
- ad 2) *Zadavatel vypouští požadavek na přesnost absorbance.*
- ad 3) *Ano, zadavatel požaduje konkrétní identifikaci kontaminantů ve vzorku s následnou korekcí výsledku měření.*

Uvedené změny byly promítnuty do Přílohy č. 1 kupní smlouvy - specifikace zboží, která je přílohou tohoto vysvětlení.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a provedeným změnám zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do dne 25. 5. 2024, 9:00 hod.

Za zadavatele
Hana Kvasničková

Přílohy:

Příloha č. 1 kupní smlouvy - specifikace zboží II

