



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FaF – Telemetrický systém měření arteriálního krevního tlaku
Druh a rozsah zakázky:	Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
Název a sídlo zadavatele:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové
Osoba zastupující zadavatele:	doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s §§ 98 a 99 zákona, a to na základě předchozí žádosti zájemce o veřejnou zakázku.

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace zároveň upřesňuje technickou specifikaci předmětu plnění v souladu s § 99 zákona.

A)

Dotaz č. 1

Rozumíme správně, že zadavatel požaduje telemetrický systém se sondami, které lze opětovně implantovat, aniž by bylo nutné sondy dokupovat/zasílat zpět dodavateli?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel požaduje opakovaně implantovatelné sondy, které umožní po dobu životnosti baterie alespoň 3 implantace bez nutnosti zasílat sondy zpět dodavateli k dobíjení.

Dotaz č. 2

Rozumíme správně, že zadavatel požaduje sondy, které jsou dobíjeny po dobu experimentu z podložky pod chovnou nádobou a doba, po kterou mohou být v provozu, dostačuje i pro dlouhodobé experimenty (i přes 12 měsíců)?

Odpověď na dotaz č. 2

Dobíjení sondy z podložky pod chovnou nádobou je výhodou, nicméně zadavatel plánuje experimenty v maximální délce 2 měsíce, tj. nepočítá s extrémně dlouhodobými experimenty (např. i přes 12 měsíců).

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace upřesňuje technickou specifikaci předmětu plnění, kdy uveřejňuje její aktuální znění v příloze č. 2 Technická specifikace předmětu plnění.

B)

Povaha změny zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. **Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 3. 6. 2024 v 10:00 hodin.**

C)

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

D)

Příloha:

Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění ke dni 9.5.2024

V Hradci Králové dne 9.5.2024

Ing. Markéta Vítková
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové