



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Přístroje 2“
Ev. číslo VVZ : Z2018-008281

ZADAVATEL

Název: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Sídlo: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

podlimitní veřejná zakázka s názvem „Přístroje“ (dále „Veřejná zakázka“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v otevřeném podlimitním řízení

Zadavatel obdržel dne 20. 3. 2018 dotaz k zadávacím podmínkám výše specifikované veřejné zakázky s následujícím zněním:

Žádost o vysvětlení č. 1

DOTAZ č. 1:

V bodě 6.13 je ustanovení o povinnosti prodávajícího poskytnout kupujícímu obdobné zboží, tak aby bylo možné zabezpečit odpovídající lékařské výkony, a to v případě neodstranění reklamované vady do 14 kalendářních dnů od jejího nahlášení kupujícím.

Jelikož některé přístroje nejsou běžně dostupné skladem, je lhůta 14 kalendářních dnů nepřiměřeně krátká. Dodací lhůta pro dodání zboží je přitom stanovena přiměřeně na 8 týdnů od doručení výzvy.

Žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro dodání náhradního přístroje alespoň na 21 kalendářních dnů.

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel bere v potaz žádost tazatele a v rámci Přílohy č. 2 zadávacích podmínek návrhu Kupní smlouvy mění znění bodu 6. 13., kdy nový bod 6. 13. zní následovně:

„6.13. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ani do 21 kalendářních dnů ode dne jejího nahlášení kupujícím, je povinen bezplatně poskytnout kupujícímu obdobné zboží, tak aby bylo možné zabezpečit odpovídající lékařské výkony. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy“.

Zadavatel je přesvědčen, že tato změna nezmění okruh potencionálních dodavatelů, nicméně se jedná o změnu záručních podmínek, z tohoto důvodu přiměřeně prodlouží termín pro podání nabídek, jak je uvedeno níže.

Dodavatelé jsou povinni využít při kompletaci své nabídky nový vzor Přílohy č. 2 návrhu kupní

„Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání“, program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy.

smlouvy, který je zveřejněn na profilu zadavatele.

DOTAZ č. 2:

Dále je nám nejasné použití sankcí v bodu 6.12 a 6.14 kupní smlouvy. Žádáme zadavatele o vysvětlení, kdy se použije smluvní pokuta ve výši 0,02% z pořizovací ceny dodaného zboží a kdy se použije smluvní pokuta ve výši 0,2% z pořizovací ceny dodaného zboží.

ODPOVĚď č. 2:

V návaznosti na dotaz tazatele zadavatel uvádí, že smluvní pokuta uvedená v bodě 6.12. se vztahuje k porušení povinnosti upravené bodem 6.12. tedy k časovému úseku 48 hodin. Oproti tomu smluvní pokuta obsažená v bodě 6.14. se vztahuje k porušení smluvní povinnosti upravené v bodě 6.13., tj. nedodržení časového úseku 14 dní, potažmo dle upraveného návrhu kupní smlouvy časového úseku 21 dní. Zadavatel tedy v rámci tohoto dotazu nepřistupuje k úpravě zadávacích podmínek.

DOTAZ č. 3:

Třetí dotaz máme k technické specifikaci části 4 Přístroje pro biologii. Požadavky zadavatele na chlazenou centrifugu směřují na konkrétní odstředivku Hermle Z 216 MK. Žádám zadavatele o úpravu technické specifikace tak aby připustil nižší počet mikrozkušavek na rotor, např. 36 nebo nižší minimální zrychlení, např. 15 000 xg.

ODPOVĚď č. 3:

Zadavatel souhlasí s úpravou technické specifikace na chlazenou centrifugu a připouští, že minimální počet mikro zkumavek na rotor bude 30. Ostatní parametry zůstávají nezměněny.

DOTAZ č. 4

Prosím Vás o objasnění termínu pro podání nabídek, informace v ZD a na webu zadavatele jsou v rozporu.

Stříky **Důležité**

8.2. Nabídky musí být zadavateli doručeny v termínu dne **5. 4. 2018. do 10:00 hodin.**

 **Informace o veřejné zakázce**

DBID: **1038**
Systémové číslo VZ: **P18V00000209**
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: **Z2018-008281**
Datum zahájení: **14.03.2018**
Nabídku podat do: **02.04.2018 10:00**

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

- Název: **Přístroje 2**
- Druh veřejné zakázky: **Dodávky**
- Zakázka je dělena na části.**

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Přístroje 2“ je dodávka přístrojů pro molekulární biologii, anatomickou pitevnu, přístroje pro fyziologii a přístroje pro biologii.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

- Druh řízení: **otevřené řízení**
- Režim veřejné zakázky: **podlimitní**
- Předpokládaná hodnota: **4 760 524 Kč bez DPH**

fáze zadávacího řízení

Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).

Zadavatel

- Úřední název: **Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta**
- IČO: **00216208**
- Poštovní adresa: **Ruská 2411/87 100 00 Praha 10**

Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ruská 2411/87
100 00 Praha 10

Kontakt
Ing. Filip Kessler
e-mail: filip.kessler@lf3.cuni.cz
Tel.: 607097844

ODPOVĚď č.4:

Zadavatel vede v potaz upozornění žadatele na nejasnost ohledně termínu podání nabídek. V souvislosti s ostatními dotazy uvedenými v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, upravujeme lhůtu k podání nabídek na nový termín níže.

DOTAZ č. 5

prosím Vás o vysvětlení ještě jedné nejasnosti,

ve smlouvě, kterou zadavatel předložil pro všechny části uvádí termín plnění do 8 týdnů a v ZD 4 týdny.

Jaký termín plnění zadavatel požaduje?

Je předložená kupní smlouva návrhem pro všechny části veřejné zakázky?

SMLOUVA :

4. Termín plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do 8 týdnů ode dne doručení výzvy zadavatele k zahájení plnění, zaslaném nejdříve po účinnosti smlouvy.

ZD :

- 5.3. Termín dodání: termín specifikován pro jednotlivé části zakázky jeho uvedením vždy v konkrétní kupní smlouvě pro každou část, a to v rozsahu 4 týdnů ode dne doručení výzvy zadavatele k zahájení plnění, zaslaném nejdříve po účinnosti smlouvy.

ODPOVĚď č.5:

Zadavatel vede v potaz upozornění žadatele na nejasnost ohledně termínu plnění. Termín plnění platí dle Zadávací dokumentace 4 týdny pro všechny části veřejné zakázky. V rámci Přílohy č. 2 zadávacích podmínek návrhu Kupní smlouvy mění znění bodu 4. 1., kdy nový bod 4. 1. zní následovně:

4.1.Proávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do 4 týdnů ode dne doručení výzvy zadavatele k zahájení plnění, zaslaném nejdříve po účinnosti smlouvy.

Zadavatel je přesvědčen, že tato změna nezmění okruh potencionálních dodavatelů, nicméně se jedná o změnu termínu plnění zakázky, z tohoto důvodu přiměřeně prodlouží termín pro podání nabídek, jak je uvedeno níže.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení připojuje upravenou Kupní smlouvu se zapracovanými změnami. Znění je pro účastníky závazné.

Vzhledem k charakteru dodatečně doplněných informací na základě Žádosti o vysvětlení č. 1, kdy tyto dodatečné informace mohou rozšířit okruh potencionálních dodavatelů, prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek o celou původní délku do 17. 4. 2018 do 10:00 hod.

V Praze dne 23. 3. 2018

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.,
děkan